GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - OHJEKIRJA - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M45715-M-Rev.0-06.25

1. Ratukų montavimas

Sulygiuokite rato varžtą su vežimėlio apačioje esančia montavimo anga ir įstatykite ratą. Įstatykite varžtą į montavimo angą ir priveržkite varžtą sukdami pagal laikrodžio rodyklę

1 

2 

3 

2. Ratukų naudojimas

Ratuko užblokavimas: nustūmę anestezijos vežimėlį į pageidaujamą padėtį, koja paspauskite mygtuką „ON“ ir užblokuokite ratuką išgirsdami spragtelėjimą, kaip parodyta toliau esančiame paveiksle.

Ratuko atblokavimas: koja paspauskite mygtuką „OFF“ ir atblokuokite ratuką išgirdę spragtelėjimą.





3. Trikčių šalinimas

Dažniausi gedimai	Galimos priežastys	Šalinimo būdai
Sunku pajudinti visą vežimėlį	1. Ratukas užblokuotas neatleidus stabdžio 2. Ratukas pažeistas	1. Atleiskite stabdį, patikrinkite 2.1 2. Atleiskite stabdį, patikrinkite 1.2

4. Priežiūra

1 Kad saugiai naudotumėte anestezijos vežimėlį, reikia atlikti reguliarias šio anestezijos vežimėlio saugos patikras. Rekomenduojama jį patikrinti kas šešis mėnesius įsitikinant, kad jungtys neatsilaisvino ir visi veiksmai normalūs.

2. Kai anestezijos vežimėlio rėmas pasensta ir pasiekia tam tikrą naudojimo trukmę, kai kurias anestezijos vežimėlio metalines ir plastikines detales galima perdirbti.

3. Nesubraižykite plokščių aštriais prietaisais arba peiliais ir dažnai jas valykite, kad vežimėlis išliktų švarus ir sausas.

4. Jei plokštės netyčia susitepė dėmėmis, rekomenduojama jas nuvalyti. Anestezijos vežimėliui valyti nenaudokite šarminių arba korozinių cheminių medžiagų, nes dėl jų nerūdijančio plieno paviršius gali surūdyti.

5. Reguliariai tikrinkite ratukus, kad išvengtumėte sutrenkimo ar perkrovimo, o tai gali sugadinti ratukus.

6. Draudžiama stabdant ratukais stabdyti iš jėgos, nes galite sugadinti stabdžių sistemą.

7. Ratų padangų paviršiaus nusidėvėjimą galima pastebėti apžiūrėjus. Kokie nors vilnos siūlai arba kitos sankaupos gali apsivynioti aplink ratus. Išimkite ratų varžtus ir veržles, išvalykite nešvarumus ir patikrinkite, ar ratų guoliai nėra pažeisti. Jei dalys nepažeistos, jas galima vėl surinkti ir naudoti.

8. Spręsdami, ar ratuką reikia pakeisti pagal naudojimo trukmę ar nusidėvėjimą, ratus pakeiskite ir pasirūpinkite, kad ašių varžtai ir veržlės būtų gerai įstatytos atgal ir priveržtos. Jei įmanoma, šio proceso metu naudokite poveržles ir fiksuojamąsias veržles.

9. Jei ratukai įrengti su stabdžiais, reikia reguliariai tikrinti, ar stabdžiai veikia tinkamai. Stabdžius tikrinkite kartą per dieną arba prieš kiekvieną naudojimą. Jei anestezijos vežimėlyje įrengti keli stabdomi ratukai, vienu metu galima užblokuoti tik vieną ratuką, todėl galite pabandyti pastumti anestezijos vežimėlį taip pat patikrindami, ar kiekvieno ratuko stabdžiai veikia gerai. Jei stabdžio veikimas sutrinka dėl ratų susidėvėjimo arba pažeidimo, nedelsdami pakeiskite ratus ir iš naujo patikrinkite stabdžių sistemą.

10. Jei ratuko stabdžių sistemos mechanizmas pažeistas ir stabdį reikia pataisyti arba pakeisti, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių arba mūsų bendrovės nurodytą įgaliotąjį prekybos atstovą. Kiekvieną kartą keičiant stabdžius, reikia patikrinti ratukų stabdžių veikimą.

5. Pakuotė, gabenimas, laikymas

1. Vežimėlio pakuotė parenkama pagal sutartį arba produkto standartą.

2. Venkite skubėjimo, stiprios vibracijos ir apsaugokite nuo saulės šviesos ir lietaus vežimėlį gabenant.

3. Vežimėlis turi būti laikomas:

a) Aplinkos temperatūra: +5 °C ~ +40 °C.

b) Santykinis drėgnumas: ≤ 85 %.

c) Atmosferinis slėgis: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Klientų aptarnavimo tarnyba

1. Tinkamai saugokite su įrenginiu tiekiamus dokumentus ir gaminio sąskaitas faktūras. Šiuos dokumentus turite pateikti bendrovei atliekant gaminio garantinius ir priežiūros darbus.

2. Jei naudojimo metu kyla kokių nors problemų, skubiai kreipkitės į bendrovę, kad mūsų bendrovė galėtų suteikti jums tikslią ir greitą techninę pagalbą bei laiku atliktų aptarnavimo darbus.

3. Jei nuo pardavimo dienos gaminys sulūžta arba sugenda, nors buvo sumontuotas teisingai ir naudojamas pagal specifikaciją, pateikus „sertifikatą“ arba sąskaitą faktūrą, gaminiui bus taikoma trejų metų garantija ir viso gyvenimo priežiūros darbai.

4. Jei nuo įsigijimo datos per metus gaminys sugenda arba neveikia tinkamai dėl kokybės problemų, bendrovė nemokamai sutaisys gaminį.

Gamintojo aptarnavimo darbai visą naudojimo laikotarpį: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD