GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĂ PLIABILĂ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF **TD010113A (GIMA 56020)**

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

NON STERILE

MD

M56020-M-Rev.0.10.24

Privalote pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje esate įsisteigęs, kompetentingai institucijai apie bet kokį rimtą incidentą, įvykusį dėl mūsų tiekiamų medicinos prietaisų.

Techniniai parametrai:
1. Matmenys (I*P*A): Išlankstytų neštuvų matmenys: 196*50*18 (cm) Sulankstytų neštuvų matmenys: 106*50*15 (cm)
2. Išlankstyto neįgaliojo vežimėlio matmenys: Nugaros aukštis: 136 cm Sėdynės aukštis: 52 cm
3. Grynasis svoris: 9 kg Bendrasis svoris: 11 kg
4. Keliamoji galia: 159 kg



Figure 1:
stretcher position



Figure 2:
Insurce buckle **2**
buckle on the pipe **1**



Figure 3:
wheelchair position



Figure 4:
foldable position

Naudojimo būdas:
1. Kaip parodyta pirmame paveiksle: Kai neįgaliojo vežimėlis – neštuvai yra išlankstyti, paguldžius pacientą ant neštuvų, rekia užsegti saugos diržą
2. Sulanksčius neštuvus į neįgaliojo vežimėlio padėtį, kaip parodyta antrame paveiksle. Pirmiausia, sulankstykite, tada pakelkite į viršų rodykle parodyta kryptimi, nustatydami į padėtį, pateiktą trečiame paveiksle. Pritvirtinkite saugos diržą (įsitikinkite, kad sagtis 2 pritvirtinta prie apsauginio varžto 1).
3. paveiksle pateikiamos atraminės kojelės; taip pat galimos kitokios – ratelių tipo kojelės. Gaminio eksploatacinės savybės, naudojimas, naudojimo paskirtis ir t. t. yra tokios pačios.
4. Sulanksčius neštuvus, kaip parodyta 4 paveiksle, juos lengviau nugabenti į uždarą patalpą (kai neštuvai yra tokie, kaip parodyta trečiame paveiksle, atsegama apsauginė sagtis, ant strypo šalia ratelių uždedama kojelė, sėdynės atlošo paminkštinimo strypas pakeliamas į viršų, kad neštuvai būtų grąžinti į padėtį, pateiktą pirmame paveiksle, ir tada galima sulankstyti).

Naudojimo apimtis:
Šis gaminys gali būti naudojamas siauro praėjimo sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, siaurame koridoriuje, vingiuotame koridoriuje arba kelių aukštų laiptinėje.

Priežiūra:
1. Dažna priežiūra valant (įskaitant dezinfekavimą)
2. Dažna patikra įsitikinant, kad dalys nėra atsilaisvinusios.

Specialūs priminimai
Privaloma užtikrinti saugos diržo gerą būklę naudojant ir, be abejo, užtikrinti susegimą sagtimis ant apsauginio varžto, kai neštuvai naudojami neįgaliojo vežimėlio konfigūracijoje.

Laikymas ir gabenimas:
1. Šis gaminys turėtų būti laikomas drėgmei atsparioje nekorozinėje aplinkoje.
2. Šis gaminys gali būti gabenamas įprastu būdu.
3. Sandėliavimo ir gabenimo darbai turi būti atliekami pagal ant pakuotės pateiktas iliustracijas.

Pakuotė ir priedas:
1. Šis gaminys supakuotas kartoninėje dėžėje.
2. Priedai: atitikties sertifikatas, naudotojo vadovas.

	Gamintojas		Laikyti vietoje šviežį ir sausį		Importavo
REF	Prekės kodas	NON STERILE	Ne sterilus		Įspėjimas: atidžiai perskaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijų (įspėjimų).
LOT	Partijos numeris	MD	Medicinos prietaisas	EC REP	Įgaliotas atstovas Europos bendrijoje
	Perskaitykite instrukcijas naudojimui		Pagaminimo data		
CE	Atitinkamas medicinos prietaisas į Reglamentą (ES) 2017/745				

„GIMA“ GARANTIJOS TERMINAI
Taikoma „Gima“ 12 mėnesių standartinė B2B garantija.