EN
FR
DE
ES
IT
NL
NO
JA
KO
ZH

Little Baby QCPR

Important Product Information
重要产品信息

www.laerdal.com

Laerdal
helping save lives

本《重要产品信息》涵盖小婴儿 QCPR。除非另作说明，否则该信息适用于所有产品配置。

⚠ 警告和注意事项

警告说明某种情况、危险或不安全操作可能导致严重的人身伤害或死亡。

注意事项说明某种情况、危险或不安全操作可能导致轻微的人身伤害或产品损坏。

注意

该注释说明了有关产品或其操作的重要信息。

护理、维护和清洁

保持模拟人干净并置于卫生的环境下。

每节课后（尤其是在进行了口对口人工呼吸后）更换气道配件。

我们建议您针对每一位学生使用单独的挪度模拟人面部。

如果多位学生合用一个模拟人面部，请在每次使用后对模拟人面部进行彻底消毒。定期清洁所有皮肤部位。使用温肥皂水或者挪度模型湿巾擦拭。

使用模拟人面部遮挡物清洁地隔离您的唇部和模拟人面部。

以下物品可能会使得模拟人变色：

- 口红和钢笔中的颜料
- 医用手套
- 使用非最初随产品提供的其他衣服。

⚠ 注意事项

- *切勿使用液体清洗模型内部。*
- *切勿将任何部件浸入水中。*

电池

只允许使用消费级不可充电式碳锌或碱性电池 LR6 1.5V AA。更换电池时必须使用正确型号。如果长时间不使用产品，请取出电池。

中国:
CMIIT-ID: 2019DJ12628

废物处理

QCPR 传感器含有电子组件。根据当地法规在适用的回收站处理废弃物。

欧盟指令 2012/19/EU WEEE：本设备标有欧盟 2012/19/EU 报废电子电气设备 (WEEE) 指令合规标志。确保本产品得到正确处理，有助于防止对环境和人体健康产生潜在的负面影响；反之，如果对本产品的废弃物处理不当，就会产生负面影响。

产品或产品附属文件上的符号表示本设备不可当作家庭废弃物处理。而要转交到适用的收集点，进行电子和电气设备的回收。处理时，须遵守当地的废弃物处理环保法规。有关本产品的处理、回收和循环利用的详细信息，请联系您当地市政部门、家庭废弃物处理机构或您向其购买产品的挪度代表。

保修

请查看《挪度全球保修》了解条款与条件。如需了解更多信息，请访问 www.laerdal.com/cn/

符号术语表

CE	CE 标志
UK CA	UKCA 标志
	澳大利亚无线电通信和 EMC 合规标志
	KC（韩国认证）认证标志
	日本 MIC 认证
	WEEE 标志
	制造商
	制造日期
REF	参考订单号
LOT	LOT 编号

规格

操作温度	5°C 至 35°C 低温（15°C 以下）情况下使用时产品性能可能会下降
存放温度	-10°C 至 50°C
湿度	5% - 95% 相对湿度
重量	1.8 公斤（± 0.2 公斤）
尺寸	65 x 26 x 14 厘米

© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15510 Rev D

www.laerdal.com

Laerdal
helping save lives

Little Baby
QCPR



www.laerdal.com

Laerdal
helping save lives





QCPR Instructor
QCPR Learner

Download on the App Store

GET IT ON Google Play













1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



5



6



7





1



2



3

AA
1.5 V



www.laerdal.com/**support**

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Laerdal Medical AS
P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15511 Rev A